

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm bộ dây cáp Holter điện tim (ECG) tại Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ, địa chỉ: số 204 Trần Hưng Đạo – phường Ninh Kiều – thành phố Cần Thơ.

2. Thông tin liên hệ của nơi chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ

- Số điện thoại: 02923 832149

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: số 204 Trần Hưng Đạo – phường Ninh Kiều – thành phố Cần Thơ.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 11 năm 2025 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 01 tháng 12 năm 2025

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Nội dung ngoài bì thư ghi “**Mua sắm bộ dây cáp Holter điện tim (ECG) tại Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ**”

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2025 (kết thúc nhận báo giá)

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục công việc như sau

Stt	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Cáp Holter điện tim Mã hàng hóa: PC-125C	Dùng cho máy Holter Kenz Cardy 302 Max Hãng/nước sản xuất: Kenzmedico/ Nhật Bản - Cáp Holter điện tim 3 kênh - Ghi dữ liệu 24 - 48giờ - 7 điện cực dán - Vật liệu vỏ cách điện, không chứa cao su tự	Cái	03



		nhiên (không kích ứng da) - Trở kháng đầu vào: 10M Ω - Nhiệt độ vận hành: 10 - 45°C - Độ ẩm vận hành: 10 - 95% - Qui cách đóng gói: 1 cái/hộp (túi)		
--	--	--	--	--

- Địa điểm cung cấp hàng hóa: số 204 Trần Hưng Đạo – phường Ninh Kiều – thành phố Cần Thơ
- Thời gian thực hiện dự kiến: không có
- Các thông tin khác: không có

Cần Thơ, ngày 17 tháng 11 năm 2025

GIÁM ĐỐC



Võ Hồng Sở

